



Diaglobal GmbH  
Innovationspark  
Wuhlheide  
Köpenicker Str.325  
12555 Berlin

t 030 | 65 76 25 97  
x 030 | 65 76 25 17  
info@diaglobal.de  
www.diaglobal.de

Diaglobal GmbH • Köpenicker Str.325 • 12555 Berlin

## EG – Konformitätserklärung EC – Declaration of Conformity

Produkt <i>Product</i>	Manuelles Photometer und Spektralphotometer <i>Manual Photometer and Spectrophotometer</i>
EDMS-Bezeichnung <i>EDMS designation</i>	Manual Photometer and Spectrophotometer
Code	21 01 01 00 00
Einstufung <i>Category</i>	In-vitro-Diagnostikum <i>In-vitro diagnostics</i>
Klassifizierung nach RL 98/79 EG <i>Classification in accordance with Directive 98/79/EC</i>	Sonstiges Produkt <i>Other product</i>
Registriernummer <i>Registration number</i>	DE/CA73/177619-02

Konformitätsbewertungsverfahren nach RL 98/79 EG Anhang III  
*Conformity assessment procedure in accordance with Directive 98/79/EC Annex III*

Angewandte Normen / Applicable standards	
Harmonisierte Normen <i>Harmonised standards</i>	EN ISO 13485 EN ISO 14971 EN 61010-2-101 EN 61326 EN ISO 18113-3 EN ISO 15223-1

Hersteller <i>Manufacturer</i>	Diaglobal GmbH Köpenicker Str. 325, Haus 41 D-12555 Berlin Germany
-----------------------------------	---

EG – Konformitätserklärung  
 EC – Declaration of Conformity


Wir, die Diaglobal GmbH, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt **Manuelles Photometer und Spektralphotometer** in den Ausführungen  
*We, Diaglobal GmbH, hereby declare under our sole responsibility that the product **Manual Photometer and Spectrophotometer** in the versions*

Bezeichnung / Description	Art.-Nr. / Item No.
Lactat Photometer plus	DP 110
Duo Photometer	DP 200
Duo Photometer plus	DP 210
Gyn Photometer	DP 220
Vario Photometer	DP 300
Vario Photometer II	DP 310
Vet Photometer	DP 700


die Anforderungen der Richtlinie 98/79 EG über In-vitro-Diagnostika erfüllt.  
*is in conformity with the requirements of Directive 98/79/EC on in-vitro diagnostics.*

Die Konformität des Produktes mit der Richtlinie 98/79 EG wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.  
*The product is in conformity with Directive 98/79/EC, as attested by the CE marking.*

Berlin, den 17.01.2020



Rosita Trappiel  
 CEO, Geschäftsführerin / *Managing Director*



Mina Thakur  
 CEO, Geschäftsführer / *Managing Director*